



NIPiP-NRPiP-DM.0025.79.2025.MK

Warszawa, dnia 5 maja 2025 r.

Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych

Szanowni Państwo

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które wpłynęło do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie załączonego komunikatu wśród członków samorządu pielęgniarek i położnych, także za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych.

Załączony komunikat dotyczy ryzyka wycieku i przerwania dopływu gazu w trakcie stosowania produktu leczniczego *Entonox, Dinitrogenii oxidum + Oxygenium, Gaz medyczny sprężony, 50% + 50%*, z powodu oblodzenia zawodu, gdy natężenie przepływu jest wyższe niż 8 l/min na karbowanym złączu (podczas ciągłego przepływu).

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP

Mariola Łodzińska

Załącznik:

- Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia.